

治療用装具の自主回収と交換について

この度、治療用装具の自主回収と交換について、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室及びこども家庭庁支援局障害児支援課より連絡が発出されましたので、お知らせいたします。

補装具費支給制度において完成用部品として指定している製品について、製造会社より安全に関わる問題が発生する可能性があるとの報告を受けました。

※該当製品については、令和3年4月に完成用部品として掲載され、令和6年8月に販売中止となっております。

つきましては、令和3年4月から令和6年8月までの期間に、下記製品を購入された方については、製品回収後、製品の交換をさせていただきますので、当組合までご連絡をお願いいたします。

該当製品

啓愛 K-TB58AAL ピラミッドレシーバーチューブ アルミ

啓愛 K-TB58ATI ピラミッドレシーバーチューブ チタン

【該当区分・名称・型式】

骨格構造義肢・義足用部品・義足調整用部品・チューブ・ピラミッド（メス）付

本件に関する問い合わせ先

旭化成健康保険組合 [TEL:0982-22-2900](tel:0982-22-2900)